

自費特材說明書

中文品名	英文品名
艾克曼貼附性前臂骨板系統-骨板、骨釘	Acumed Congruent Bone Plate System-plate Screw
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 019750 號	FBZ019750001 FBZ019750002
產 品 特 性	
為純鈦材質，適用於中段橈骨、尺骨骨折時使用，此骨板為貼附型式設計，可大幅降低病人使用後隻不舒適感，因為純鈦材質，所以不需二次手術取出。	
適 應 症	
貼附性前臂骨板系統是專門針對中段橈骨、尺骨骨融合，骨折，或切骨整型術。	
副 作 用	
過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物得破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物（外來物質）的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	
注 意 事 項	
此植入物絕不可重複使用，所有的手術器械在使用前皆須經過嚴格的檢視。避免植入物的刮傷與裂痕，諸如此類的缺陷會導致手術失敗。	
與健保品項之療效比較	
健保骨板若病人骨折形狀不合 須將骨板 bending 會造成骨板硬力破壞 且不含與互鎖式設計 骨板容易 pull out	

解說醫師簽章：_____

病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日